

Invitasjon til markedsdialog

Helautomatisert molekylært analyseinstrument til kvalitative og kvantitative analyser til Lab.med. ved NLSH HF Bodø

Dato: 18.09.2026

Fra: Camilla K. Aagesen og Inger Helmine Jakobsen

Til: Interessenter

Bakgrunn

Det inviteres herved til markedsdialog i forbindelse med anskaffelse av 2026/97269 på kjøp av Helautomatisert molekylært analyseinstrument til kvalitative og kvantitative analyser til Lab.med. ved NLSH HF Bodø.

Det er behov for kommunikasjon med markedet for å avklare mulighet for presentasjon av utstyret. Konkurransen har blitt utlyst tidligere og ble avlyst som følge av feilvurdering av konkurransens omfang og behov.

Markedsdialogen er en del av forarbeidet for anskaffelsen og gjennomføres fordi Oppdragsgiver ønsker å få innspill til anskaffelsen fra potensielle leverandører, eventuelt også fra andre interessenter.

Oppdragsgiver

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015 og har strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver.

Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.

I denne anskaffelsen opptrer Sykehusinnkjøp HF på vegne av følgende foretak:

- Helse Nord-Norge HF
 - Nordlandssykehuset HF Bodø

Beskrivelse av anskaffelsen

Det skal anskaffes et helautomatisk instrument for kvantitative og kvalitative analyser til Laboratoriemedisinsk avdeling i Bodø.

NLSH samkjører i dag patologi og mikrobiologi, herunder analyseres HPV-analyser sammen med mikrobiologiske analyser på samme instrument. Det er derfor behov for ett PCR-instrument som kan analysere både patologiske og mikrobiologiske prøver. Instrumenteringen som benyttes i dag må fases ut innen 3 kvartal 2028.



Innspill fra interessenter

Oppdragsgiver ber om skriftlig innspill til følgende punkter:

- Kort presentasjon av interessant
- Innspill til anskaffelsen:
 - Beskrive prøveflyten, hvor mange prøver kan lastes inn samtidig, kan hasteprøver prioriteres, kan prøver settes inn fortløpende, er det manuell forbehandling som avkorking eller alikvotering?
 - Hvilke transportmedier er validert, for hvilket prøvemateriale, og holdbarhet på transportmediet?
 - Fleksibilitet med tanke på ulike prøverør, forskjellige rack osv
 - Kan flere analyser kjøres samtidig?
 - Finnes en «åpen» kanal? Evt beskrive.
 - Hvor lenge kan reagensene stå om bord, kan det lastes på under drift, og hvor mye reagensvinn oppstår det ved små kjøringar?
 - Er selve instrumentet og alle de aktuelle analysene IVDR godkjent, hva er status for planlagte analyser?
 - Finnes det en mulighet for å analysere NAT testing av blodgivere på instrumentet?
 - Finnes det mulighet å hente ut eluat for å analysere med alternativ PCR?
 - Hva er de viktigste begrensningene ved instrumentet som vi bør være klar over?
 - Beskrive hvordan prøveresultater vises på instrumentets integrerte skjerm, eller på tilhørende PC ved arbeidsstasjon.
 - Kan dere gi en beskrivelse av serviceorganisasjonen med tanke på plassering og responstid?
 - Hva er intervallet for preventivt vedlikehold?

Tilbakemeldingen vil kun bli benyttet som grunnlag for planlegging av videre prosess og vil ikke inngå i evalueringen av eventuelle tilbud.

Tidsplan

09.10.26 kl 12:00	Frist for skriftlig innspill
12.-13.10.26	Markedsdialog
1-1,5 timer	Tidsbruk pr. sesjon
Sted	Teams

Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via oppdragsgivers konkurransejennomføringsverktøy (KGV). Henvendelser som skjer på annen måte kan ikke påregnes besvart. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Ved spørsmål som angår alle interessenter, vil Oppdragsgiver besvare dette anonymisert i KGV.

Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av



konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriften § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.

Spørsmål

Spørsmål til markedsdialogen foretas via oppdragsgivers KGV.

Med vennlig hilsen

Camilla K. Agesen

Prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF